

SỞ Y TẾ THANH HÓA  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
HUYỆN BÁ THƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bá Thước, ngày 19 tháng 9 năm 2024

Số: 109/TM-BVBT

V/v mời chào giá vật tư thiết bị y tế  
tháng 9/2024 tại Bệnh viện đa khoa  
huyện Bá Thước.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước đang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán và kế hoạch mua vật tư thiết bị y tế tháng 9/2024 phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước tại địa chỉ website: [benhvienbathuoc.vn](http://benhvienbathuoc.vn) với các nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước,  
Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, TT Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (số điện thoại: 02373880506).
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
- Bà: Trương Thị Hiếu – Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước.  
- Điện thoại: 0986105445 Gmail: [benhvienbathuoc@gmail.com](mailto:benhvienbathuoc@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Qua Gmail: [benhvienbathuoc@gmail.com](mailto:benhvienbathuoc@gmail.com) hoặc  
Tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 19 tháng 9 năm 2024 đến 08h00 ngày 27 tháng 9 năm 2024.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

- Danh mục (Theo phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  
Dự kiến về các khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.  
(Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)  
Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, KD.





## DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 709 /BVBT- TM ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước)



STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng
1	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5x7,5x 6 lớp vô trùng	Miếng	Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Đóng gói vô khuẩn bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%;	1.000
2	Máy vật lý trị liệu đa năng	Cái	01 kênh Siêu âm điều trị: Tần số: 1 MHz; Công suất: 1,5w, 01 kênh Laser: Công suất: 5mw ; bước sóng: 650 nm; 01 kênh Ion điều trị: V= ( - 310 v đến - 80v), 01 kênh Nhiệt hồng ngoại max: 600 c ; Thảm thấu thuốc Y học cổ truyền, 02 kênh Điện xung: Điều trị độc lập hoặc giao thoa. Mỗi kênh có hai chế độ, Tần thấp: (1-100)Hz; V=105 V; Độ rộng xung: (70 - 100) $\mu$ s, Tần trung: 2300 Hz; V= 100 V; Độ rộng xung: (50 -70) $\mu$ s.	01
3	Xe đẩy tiêm 2 tầng	Cái	Dài x rộng x cao = 600 x 400 x 800mm (3 tầng cao 850mm) Khung xe: Inox ống $\Phi$ 25 x 0.8 Các thanh giằng: Inox ống $\Phi$ 12 x 0.6 Mặt bàn: Inox lá dày 0.4/ Bánh xe cao su $\Phi$ 50	02
4	Dây nối cấp điện tim 6 kênh	Cái	Tương thích phần lớn các dòng monitor như : Nihon kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs Có các chuẩn AHA và IEC Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao, 2.5 +0.09m, màu xám vật liệu PVC, cáp điện tim trực tiếp nối vào máy với các chuẩn Banana, loại kẹp , loại bấm, loại thẳng	01
5	Huyết áp đồng hồ	Bộ	A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. B. Cấu hình, 01 đồng hồ đo áp lực, 01 Hệ thống bơm khí: 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí, 01 vòng bit bấm tay, dành cho người lớn. 01 túi đựng giả da, Chỉ tiêu kỹ thuật, Khoảng đo: 20 - 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0, Độ chính xác: $\pm$ 3mmHg, Vòng bit bấm tay, dành cho người lớn	15

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Số lượng
6	Xe đẩy cáng bệnh nhân	Cái	Dài x rộng x cao = 1800 x 650 x 700mm Chân: Inox ống $\Phi 32 \times 0,8$ Thành bên: Inox ống $19 \times 0,8$ / Bánh xe: $\Phi 100$	01
7	Filter lọc khuẩn	Cái	Bộ lọc nhiệt có cổng CO2 chất liệu nhựa PP Lọc tĩnh điện hiệu quả BFE>99,99%, lọc virus VFE.99,99% Đầu nối phù hợp máy thở, máy gây mê : 22M/15F ~ 15M/22F Thể tích khí lưu thông : 200-1500ml Tiệt trùng khí EO	10
8	Đầu dò máy nghe tim thai sản khoa	Cái	Thông số kỹ thuật Đầu dò chữ Y (Doppler+ cơn co) Hãng Toitu, Nhật Bản Model: TR-686-05S cho MT-516 Đầu dò Doppler: Tần số dao động: 1.1Mhz, Công suất siêu âm: 4.1mW/cm2, Kích thước chùm tia: 7.6cm2, dạng hình tròn, Dải đo nhịp tim: 50-210bpm Đầu dò UC: Dải đo UC: 0-100 đơn vị Tiêu chuẩn chống nước: IPX4	01
9	Giường massager	Cái	Kích thước: Dài x rộng x cao = 1800 x 600 x 600mm - Chân bàn: Inox hộp 30 x 30 x 0.6 - Khung bàn: Inox hộp 30 x 30 x 0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.6 - Mặt bàn có phần đầu nâng và phần đỡ lưng. - Mặt bàn và phần đầu nâng bằng inox có độ bóng BA . - Có nệm PE dày 50mm phù hợp với bàn khám. - Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ	01
10	Túi Camera	Cái	Thành phần: Ống nilon fi 18cmx230cm - 01 cái, Túi nilon 9cmx14cm - 01 cái) tiệt trùng	100
<b>Tổng cộng : 10 khoản</b>				