

Bá Thước, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Số: 44/TM-BVBT

V/v mời chào giá vật tư, linh kiện và trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước năm 2025.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước đang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán và kế hoạch mua vật tư, linh kiện và thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước tại địa chỉ website: benhvienbathuoc.vn với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước,
Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, TT Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (số điện thoại: 02373880506).
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà: Trương Thị Hiếu - Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước.
- Điện thoại: 0986105445 Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Qua Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com hoặc Tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15 tháng 01 năm 2025 đến 08h00 ngày 24 tháng 01 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục (Theo phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2, thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Dự kiến về các khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
(Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)
Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, KD.





DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 44/TM-BVBT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bà Thước)

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG
1	Đèn chiếu vàng da 2 mặt	Cái	<ul style="list-style-type: none">• 12-24 bóng LED công suất cao (xanh, trắng tùy chọn)• Cường độ bức xạ >42 mw/cm2/nm ở 30cm• Tuổi thọ bóng đèn tối thiểu: 25,000 giờ• Thay đổi độ sáng ít hơn 10% sau 25,000 giờ (bức xạ)• Thay đổi về cường độ sau 6 giờ < 10%• Diện tích bề mặt điều trị: 53x37 cm Led-single surface Đèn chiếu vàng da bề mặt trên Kích thước: Dài: 68 cm, Rộng: 43 cm (±2 cm), Cao (có thể điều chỉnh) Tối thiểu: 112cm Tối đa: 171 cm (±2 cm) Kích thước máng đèn chiếu bề mặt trên: 38(Dài)x 27(Rộng) x 8(Cao) cm (±2 cm) Led-double surface Bao gồm đèn chiếu vàng da bề mặt trên và đèn chiếu vàng da bề mặt dưới (12-24 bóng LED công suất cao (xanh, trắng tùy chọn) cùng với nôi em bé. Đèn chiếu vàng da bề mặt dưới Kích thước: Dài: 77 cm, Rộng: 50 cm (±2 cm) Kích thước máng đèn chiếu bề mặt dưới: 38(Dài) x 27(Rộng) x 8(Cao) cm (±2 cm) Khoảng cách 2 máng đèn: Tối thiểu (55 cm), Tối đa (114 cm) (±2 cm) Baby Bassinet <ul style="list-style-type: none">• Nôi em bé có đế trong suốt.• Có kệ lớn phía dưới của nôi em bé để đặt vật tư tiêu hao.• Có bánh xe di chuyển• Đặt đèn chiếu vàng da bề mặt dưới (giống như đèn chiếu vàng da bề mặt trên) phía dưới nôi.• Kích thước nôi em bé: 7(Dài)x49(Rộng)x18 (Cao) cm (±2 cm) • Điện áp đầu vào: 100-240V, 50-60Hz	02
2	Bộ cấp điện tim 3 cần sử dụng cho	Bộ	- Chất liệu: TPU y tế được thiết kế đặc biệt với tiếng ồn thấp, che chắn hoàn toàn tạo tín hiệu thực.	01

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG
	máy điện tim Nihon Kohden/Nhật bản		<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng các thành phần không chứa latex và tương thích sinh học. - dễ dàng làm sạch và khử trùng bằng các dung dịch khử trùng phổ biến. - Loại: Dùng nhiều lần. - Điện cực: 10 dây điện cực. - 15 Pin. - Chiều dài dây: 3.4 m - Màu: xám - Chuẩn: AHA - Điều kiện lưu kho: 0 °C – 40 °C - Điều kiện hoạt động: 0 °C – 40 °C, áp suất: 86 kPa-106 kPa. - Dùng cho người lớn. - Sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden.. 	
3	Bóng đèn Xenon 300W sử dụng cho máy nội soi Karl Storz	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất định mức: 300 W -Có thể điều chỉnh độ sáng. - Có tính năng chiếu sáng tức thời với thời gian phản hồi dưới 100ns, đảm bảo chiếu sáng ngay lập tức. -Tiết kiệm năng lượng: Hiệu suất vượt trội, tiêu thụ ít năng lượng hơn đèn sợi đốt và đèn halogen. - Hoạt động bằng điện áp DC thấp: 3V-17V. -Cường độ sáng: Cung cấp phổ màu đa dạng từ 2500K-25000K, - Tuổi thọ hoạt động: 50000hr. - Có thể làm mờ hoàn toàn. - Không có tia UV. - Bảo vệ ESD vượt trội. - Sử dụng cho máy nội soi. - Nhiệt độ hoạt động <60 °C 	01
4	Đầu dò siêu âm tim cho máy siêu âm GE Medical Systems	Cái	<p>Model: 3Sc-RS</p> <p>Hãng chủ sở hữu: Párallel Design SAS</p> <p>Hãng sản xuất : GE Medical Systems / Trung Quốc</p> <p>- Ứng dụng: tim; Dải tần số: 1.7 -4.0 MHz.; Số chấn tử: 64; FOV: 120 độ; Tần số hình ảnh B</p>	01

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG
			mode: (2.0, 3.0, 4.0 MHz), 3 bước; Tần số Harmonic: (3.0, 3.2, 3.5, 4.0 MHz), 4 bước; Tần số Doppler: (1.7, 2.0, 2.5, 3.3 MHz), 4 bước	
5	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (nylon) số 2/0	Sợi	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	1.000
6	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0	Sợi	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	200
Tổng cộng : 06 khoản				