

**SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BÁ THƯỚC**

Số: 995/TM-BVBT

v/v mời chào giá mua khí sử dụng cho máy
phát tia Plasma lạnh sử dụng năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bá Thước, ngày 31 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Bá Thước đang có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu: Mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh sử dụng năm 2025.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của Bệnh viện đa khoa Bá Thước tại địa chỉ website: benhvienbathuoc.vn. Với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bá Thước,

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bá Thước, phố 2, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (số điện thoại: 02373880506).

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Trương Thị Hiếu – Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa Bá Thước.

- Điện thoại: 0986105445 Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Qua Gmail: benhvienbathuoc@gmail.com hoặc Tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh viện đa khoa Bá Thước, phố 2, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 08h00 ngày 31 tháng 10 năm 2025 đến 08h00 ngày 09 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

1. Danh mục (Theo phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo)

(Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bá Thước, địa chỉ: phố 2, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;

- Lưu VT; KD-VTTYT;

KT



BSCKI: Hà Văn Chử

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo **Thư mời số: 995/TM-BVBT** ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc
Bệnh viện đa khoa **Bá Thước**)



STT	Tên hàng hóa dự kiến	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu báo giá	Ghi chú
1	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H₂O < 3 ppm; N₂ < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI * Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm"	Bình	16	
Tổng cộng 01 mặt hàng					